

**ANNEX II**

**INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS PER AL LABORATORI MUNICIPAL**

**EXPEDIENT:** 26/2022

Després de la publicació del pertinent anunci en data 16 de novembre de 2022 al Perfil del Contractant/Contractes Menors de la plana web municipal, i dins el termini establert dels 5 dies hàbils següents a l'endemà de dita publicació, han presentat les seves ofertes, en temps i forma, un total de 3 empreses i/o entitats.

El director del Laboratori Municipal que subscriu ha procedit a l'avaluació de les ofertes a partir de la documentació tècnica i econòmica aportada i mitjançant l'aplicació del Barem contingut a la Memòria de data 16 d'octubre de 2022 base de la licitació, que a continuació es reproduïx.

Criteris de valoració: adjudicant-se el contracte a l'oferta amb millor relació qualitat, preu, amb estricta subjecció als criteris tècnics, estètics i funcionals indicats en les característiques tècniques especificades i les finalitats municipals del contracte, exposades a la Memòria.

<b>ESPECIFICACIONS SOL-LICITADES</b>		
<b>Equip</b>	<b>Incubador amb agitació</b>	<b>Compleix</b>
ANWAR		
	Capacitat: 50 L	SI
	Moviment d'agitació: Orbital.	SI
	Rang de temperatura: Ambient +5...65 (0,1 °C increments)	SI
	Òrbita: 20 mm	SI
	Interval de velocitat: 30-300 min-1	SI
	Precisió de temperatura a 37°C: +/- 0.1°C	SI
	Temporitzador: 0-99 min continu.	SI
	Velocitat aprox. 20-300 min-1	SI
VIDRAFOC		
	Capacitat: 50 L	SI
	Moviment d'agitació: Orbital.	SI
	Rang de temperatura: Ambient +5...65 (0,1 °C increments)	SI
	Òrbita: 20 mm	SI
	Interval de velocitat: 30-300 min-1	SI
	Precisió de temperatura a 37°C: +/- 0.1°C	SI
	Temporitzador: 0-99 min continu.	SI
	Velocitat aprox. 20-300 min-1	SI
DCI.SUMALSA		
	Capacitat: 50 L	SI

	Moviment d'agitació: Orbital.	SI
	Rang de temperatura: Ambient +5...65 (0,1 °C increments)	SI
	Orbita: 20 mm	SI
	Interval de velocitat: 30-300 min-1	SI
	Precisió de temperatura a 37°C: +/- 0.1°C	SI
	Temporitzador: 0-99 min contínu.	SI
	Velocitat aprox. 20-300 min-1	SI
<b>Equip</b>	<b>Congelador</b>	
ANWAR		
	Capacitat aprox. 360 L	SI
	Temperatura mínima entre - 26 i - 30°C	SI
	Mínim 6 prestatges o caixons	SI 8 caixons
VIDRAFOC		
	Capacitat aprox. 360 L	SI
	Temperatura mínima entre - 26 i - 30°C	SI
	Mínim 6 prestatges o caixons	SI 8 CAIXONS
DCI.SUMALSA		
	Capacitat aprox. 360 L	SI
	Temperatura mínima entre - 26 i - 30°C	SI
	Mínim 6 prestatges o caixons	SI 8 caixons
<b>Equip</b>	<b>Nevera</b>	
ANWAR		
	Temperatura mínima 3 +/- 2 °C	SI
	Mínim 6 prestatges o caixons	SI
VIDRAFOC		
	Temperatura mínima 3 +/- 2 °C	SI
	Mínim 6 prestatges o caixons	SI
DCI.SUMALSA		
	Temperatura mínima 3 +/- 2 °C	SI
	Mínim 6 prestatges o caixons	SI 8 caixons
<b>Equip</b>	<b>Rentadora per material de laboratori.</b>	
ANWAR		
	Capacitat 150 L	SI
	Programes: mínim 5	SI
	Dos dispensadors de detergent en pols/neutralitzador	SI
	Control per microprocessador amb sistema de tancament electrònic	SI
	Temperatura fins a 85°C	SI
	Entrades per aigua i per aigua desmineralitzada	SI
	Dimensions de la cambra 520x515x545 mm (Compatibles amb accessoris smeg)	SI
	Connexió monofàsica o	SI

	trifàsica	
VIDRAFOC		
	Capacitat 150 L	SI
	Programes: mínim 5	SI
	Dos dispensadors de detergent en pols/neutralitzador	SI
	Control per microprocessador amb sistema de tancament electrònic	SI
	Temperatura fins a 85°C	SI
	Entrades per aigua i per aigua desmineralitzada	SI
	Dimensions de la cambra 520x515x545 mm (Compatibles amb accesoris smeg)	SI
	Connexió monofàsica o trifàsica	SI
DCI.SUMALSA		
	Capacitat 150 L	SI
	Programes: mínim 5	SI
	Dos dispensadors de detergent en pols/neutralitzador	SI
	Control per microprocessador amb sistema de tancament electrònic	SI
	Temperatura fins a 85°C	SI
	Entrades per aigua i per aigua desmineralitzada	SI
	Dimensions de la cambra 520x515x545 mm (Compatibles amb accesoris smeg)	SI
	Connexió monofàsica o trifàsica	SI
	Total ofertat IVA inclòs	
ANWAR	14.449,82 Euros	
VIDRAFOC	14.625,27 Euros	
DCI SUMALSA	15.734,14 Euros	

S'han presentat tres empreses: ANWAR PROTECCIÓN S.L., VIDRAFOC S.A. i DCI.Sumal S.A. Els equips ofertats per totes les empreses compleixen totes les especificacions sol·licitades. Per tant en la meua opinió s'hauria de pendre en consideració la oferta més econòmica que és la de l'empresa ANWAR PROTECCIÓN S.L.

Palma, 2 de desembre de 2022

Director del Laboratori Municipal  
(signat electrònicament)