

| | | |
|------------------|--|----------|
| Unitat emissora: | ÀREA DELEGADA DE TURISME, SANITAT I CONSUM | 04020100 |
| ANNEX II: | EXP. 18/2021 INFORME D'AVALUCACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER A L'ADQUISICIÓ D'UN MESURADOR MULTIPARAMÈTRIC DE PH, CONDUCTIVITAT I IO SELECTIU PEL LABORATORI MUNICIPAL | |

Després de la publicació del pertinent anunci en data 29/04/2021 al perfil del contractant/contractes menors de la plana web municipal, i dins el termini establert, comprès entre els dies 29/04/2021 i el 6/05/2021, han presentat les seves en temps i forma, un total de 3 empreses i/o entitats, en relació a la licitació referenciada.

S'han rebut tres ofertes d'aquest instrument de les firmes Mettler Toledo, Vidra foc i LíneaLab. Una vegada estudiades les ofertes es fa la següent valoració:

- Vidra Foc: Oferta un instrument portàtil que no era l'objecte exacte de la necessitat del laboratori.
- Línea Lab: Oferta un equip de sobretaula molt senzill i econòmic però que no admet automatització.
- Mettler Toledo: Oferta un bon equip amb possibilitat d'automatització amb un carrusel portamostres.

Tot i que un dels objectius de l'adquisició d'aquest equip és la substitució de diferents equips obsolets del laboratori i la racionalització dels temps i facilitat de les anàlisis, es valora molt positivament la millora oferta per la empresa Mettler Toledo per admetre l'automatització, la qual cosa dinamitzaria molt la feina. Per aquesta raó és de l'opinió del tècnic que subscriu que tot i que sigui la oferta més cara de les presentades, presenta característiques i millores considerables en front de les altres dues, per la qual cosa es pot encomanar l'adquisició d'aquest equip a l'empresa Mettler Toledo.

Palma, 10 de maig de 2021
Director del Laboratori

Joan A. Mora Palou